



Data: ~~10/03~~ 2020


SOLICITAÇÃO DE COMPRAS


SC nº 03/2020

Setor Solicitante: MANUTENÇÃO		Responsável pela Solicitação: Manutenção		
Código	Descrição	Apresentação	Marca de Referência	Qtde
	CABO LOGICAL MONITOR MENNEN C/UNIC SMITHS MEDICAL			08
	BRAÇADEIRA PLAST LOGICAL MULT 1 TRANSDUT SMITHS MEDICAL			08
JUSTIFICATIVA: Material necessário para uso na medição de pressão arterial nos monitores ALFAMED que recebemos do estado e que estão em uso na UTI de combate ao covid 19 no 6º andar do bloco M				

Responsável do Setor: ALVARO MEES SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 	Responsável Compras:	Direção:  OSMAR ARCANJO DE OLIVEIRA DIRETOR GERAL HOSPITAL REGIONAL DO OESTE
--	----------------------	--

SUTUPAR → R\$3.120,00


Edinei F. Barros
Supervisor
CPF: 077.080.109-93


Patricia
1448

Tipo de saída: 02 VENDAS FORA DO ESTADO 6102 Data Emissão: 15/07/2020

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERR

Endereço: RUA FLORIANOPOLIS, 1448 E Bairro: SANTA MARIA

Cidade: CHAPECO Cep: 89801-970 UF:SC

CNPJ/CPF: 02.122.913/0001-06 Insc.Est: ISENT0

End. Cobrança: RUA FLORIANOPOLIS, 1448 E Bairro: SANTA MARIA

Cidade Cobr...: CHAPECO Cep: 89801-970 UF:SC

Vendedor: ADIB LORINI NAJAR 0010



Condição de pagamento: 30 DIAS

Parcela	Data de Vencimento	Valor
01	15/07/2020	3.120,00

Código	Descrição	Qtde Und	Vlr.Unit.	Vlr.Descto	Vlr.Total
MX961214I	CABO LOGICAL MONITOR MENNEN C/UNIC	8 UND	326,4000	0,00	2.611,20
MX2611	BRACADEIRA PLAST LOGICAL MULT 1 TRANSDUT SMITHS MEDICAL	8 UND	63,6000	0,00	508,80

Londrina 15 de JULHO de 2020

CNPJ: ~~04.108.222~~ . 05.122.234/0001-74.

	NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA - NTE			Código: NTE-129
	Data Emissão: 17.07.2020	Data da Validade: 17.07.2021	Página: 1 de 1	
ÁREA EMITENTE: ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
oV-2				

Na qualidade de gestores de tecnologia em saúde no Hospital Regional do Oeste, por força de contrato havido entre as partes, tecemos nossos comentários técnicos abaixo, sobre **CABOS DE PRESSÃO INVASIVA** para monitores multiparamétricos recebidos pela SES-SC para fazer frente à pandemia Covid-19:

1. Recebemos em março passado, do Estado de Santa Catarina - Secretaria Estadual de Saúde, 10 monitores multiparâmetros da marca **Alfamed** modelo **400e**, para o enfrentamento da Sars-CoV-2. Este modelo não era apropriado para unidades de UTI-Covid, razão pela qual adquirimos módulos de capnografia e pressão invasiva para inserção nos monitores;
2. Por uma questão de padronização dos kits de pressão invasiva (a instituição só usa os kits da tecnologia Smiths), só podemos comprar os kits desta marca e modelo;
3. Como a distribuição da Smiths Medical Inc. é exclusividade da Sutupar-PR para a ia;
4. Conferimos no mercado os preços com produtos similares e constatamos que estão dentro do valor de mercado;
5. Adiantamos que conseguimos com o fornecedor a cedência de 02 (dois) conjuntos por conta do consumo mensal dos kits.

É o que podíamos posicionar até o momento, e ficamos a disposição ao que se mostrar necessário.

Chapecó, 17 de julho de 2020

**JOSE FERNANDO MEIRA
DA ROCHA:22852883015**

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO MEIRA DA ROCHA:22852883015
DN: c=BR, o=ICP, Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=79921987000137, cn=JOSE FERNANDO MEIRA DA ROCHA:22852883015
Dados: 2020.07.17 08:40:32 -03'00'

Eng. Fernando Meira da Rocha
Serviço de Engenharia Clínica HRO
CREA: 054.300D-RS
Visto SC:0523