

RECEBEMOS DE W&Z COM. SERV. HOSPITALRES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2020 VALOR TOTAL: 19.600,00
 DESTINATÁRIO: ASSOC. HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA

Nº 000003946 NF-e SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: *Armando Meira da Rocha*
 Serviço de Engenharia Clínica
 CREA-RS nº 54.300-D

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
W&Z COM. SERV. HOSPITALRES LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 000003946
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4220070596816200013155001000039461503762760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200104719558 14/07/2020 15:36:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254707319 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: CPE/CNPJ: 05.968.162/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA** CPE/CNPJ: 02.122.913/0001-06 DATA DA EMISSÃO: 14/07/2020 15:36:45

ENDEREÇO: **RUA FLORIANOPOLIS, 1448** BAIRRO/DISTRITO: **SANTA MARIA** CEP: 89.812-121 DATA ENTRADA/SAÍDA: 14/07/2020

MUNICÍPIO: **CHAPECO** FONE/FAX: (49)3321-6634 UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:36:45

PAGAMENTOS/FATURAS
 Outros: 19.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00	19.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente** FRETE POR CONTA DE: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: FLACA DO VEÍCULO: UF: CPE/CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QTD DE VOLUMES: 2 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALICMS	AL.IPI	V.A.T.
4406	ELETROCARDIOGRAFO ECG NIKON KKH DEN - 2250 - NS 130094 - 130202	90181100	000	5102	UN	2,00	9.800,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00

Patrimônio (14966, 14967)

LANÇADO
 DATA: *14/07/2020*
 ASSINATURA: *Alvaro Mees*
ALVARO MEES
 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

BIONEXO
 104354917

COVID 19
PORTARIA
 1393

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 EM: 14/07/2020

ASSINATURA: *Osmar Arnanjo de Oliveira*
 NOME: **OSMAR ARNANJO DE OLIVEIRA**
 CARGO: **DIRETOR GERAL**
 MATRICULA: **HOSPITAL REGIONAL DO OESTE**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: C.Pagto: - - Vend: 001 - P: 9015 RUA FLORIANOPOLIS, 1448 - SANTA MARIA - CHAPECO ICMS Isento conforme Lei nº 17.930/2020, publicada no DOE de 15.04.2020. BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1386-2 - C/C 24232-2 Trib aprox R\$931.00 Federal, R\$3332.00 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-Ar5E7

RESERVADO AO FISCO

Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira
 Hospital Regional do Oeste.
 Rua Florianópolis 1448 E Bairro Santa Maria
 CNPJ 02.122.913.0001-06
 e-mail para envio DANFE- nf@hro.org.br

CONFIRMAÇÃO PEDIDO:

10/07/20

Fornecedor: WZ Com. E Serviços Hospitalares

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
330601	Aparelho eletrocardiografo 12 derivações	2	9.800,00	19.600,00
	MARCA NIHON KODDEN 2250			
			TOTAL	R\$ 19.600,00

PORTARIA 1363 COVID 19 1303
 ENFERMARIA CLINICA
 ID BIONEXO 104354917

Condições de Pagto:
 Frete:
 ENTREGA IMEDIATO


30 dias
 CIF

Prazo de Entrega:
 Fone 49 3321 6507
 Fax 49 3321 6508

OSMAR ARCANJO DE OLIVEIRA
 DIRETOR GERAL
 HOSPITAL REGIONAL DO OESTE

Zilma F. P. Marcon
 Coord. Compras
 Hospital Regional do Oeste

VALOR IDADO: 2º OPORTO.


 Bernardo Meira da Rocha
 Serviço de Engenharia Clínica
 CREA-RS nº. 54.300-D

RAZO: VENDEU PELA URGÊNCIA

"urgente"

"Santiago medicoway = Godies"

Assunto: Previsão de entrega de Eletrocardiógrafo Modelo R3
De: Sergio Kist <sergio.kist@medicalway.com.br>
Data: 09/07/2020 10:18
Para: Compras - HRO <comprasmed@hro.org.br>
CC: Richard Jorge Nasilowski Junior <richard@medicalway.com.br>

Bom dia Zilma, tudo bem?

Em função de grande demanda e de processo de importação o prazo de entrega dos equipamentos eletrocardiógrafo modelo R3 Mindray é de até 60 dias, temos o modelo R12 a pronta entrega mas o valor é superior.

Estamos a disposição.

Att.



Sérgio Kist
Medicalway Equip. Médicos |
Comercial
p: [\(41\) 3253 0500](tel:(41)32530500)
m: [\(47\) 99187-8805](tel:(47)991878805)
e: sergio.kist@medicalway.com.br
s: [kist.sergio](https://www.linkedin.com/in/kist.sergio)


Follow us:



Comunicado - Horário de Atendimento

Estamos trabalhando em novo horário, precisamente, a partir do dia 1 de Junho de 2020.

Segunda a Sexta - 9h às 18h, exceto feriados.
Das 16h00 às 17h - Das 13h às 17h.



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA
Hospital Regional do Oeste
Cnpj 02.122.913.0001/06

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Data: 02/06/2020.

Setor Solicitante: Direção Enfermagem		Responsável pela Solicitação:		
Código	Descrição	Apresentação	Marca Referência	Qtd
3306-1	Aparelho Eletrocardiografo 12 Derivacoes			01

Justificativa: Atendimento de pacientes graves acometidos de com COVID 19, o eletrocardiograma (ECG) é responsável por avaliar o ritmo dos batimentos cardíacos, consegue identificar problemas e deficiências cardíacas que podem ser fatais se não diagnosticadas com antecedência.

Responsável do Setor	Responsável Compras	Direção
Data ___/___/___	Data 03/06/20	Data ___/___/___
Assinatura:	Assinatura: <i>Zilma F. R. Marcon</i> Zilma F. R. Marcon Coord. Compras Hospital Regional do Oeste	Assinatura: <i>OSMAR ARRAIS DE OLIVEIRA</i> OSMAR ARRAIS DE OLIVEIRA DIRETOR GERAL HOSPITAL REGIONAL DO OESTE

Parecer Direção:

ALVARO MEES
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

Edinei F. Barros
Supervisor
CPF: 077.080.109-93
Portaria 1393

Fernando Meira da Rocha
Serviço de Engenharia Clínica
CREA-RS nº. 54.300-D

VER PARECER NA FOLHA 2

REESCRITO COM NTE-108
EM 06/06/20

Fernando Meira da Rocha
Serviço de Engenharia Clínica
CREA-RS nº. 54.300-D

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA
Hospital Regional do Oeste
Cnpj 02.122.913.0001/06

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Data: 02/06/2020.

Setor Solicitante: Direção Enfermagem		Responsável pela Solicitação:		
Código	Descrição	Apresentação	Marca Referência	Qtd
3306-1	Aparelho Eletrocardiografo 12 Derivacoes			01

Justificativa: Atendimento de pacientes graves acometidos de com COVID 19, o eletrocardiograma (ECG) é responsável por avaliar o ritmo dos batimentos cardíacos, consegue identificar problemas e deficiências cardíacas que podem ser fatais se não diagnosticadas com antecedência.

Responsável do Setor	Responsável Compras	Direção
Data: / /	Data: / /	Data: / /
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

Parecer Direção:

Edinei E. Barros
Supervisor
CPF: 071.089.109-93
vis
80.108 93

PARECER SEC 5

- NOSSA SUGESTÃO É QUE A ESCOLHA RECAIA SOBRE O EQUIPAMENTO "R3" DA MEDICALWAY (MINDRAY) POR PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Fernando Meira da Rocha
Serviço de Engenharia Clínica
CREA-RS nº. 54.300-D

- PSE NÃO TEMOS EQUIPAMENTOS BIONET E NÃO ACONSELHAMOS PARA ESTA INSTITUIÇÃO.

bionexo

part - 1393

Bionexo do Brasil Ltda
 Relatório emitido em 09/06/2020 16:54

Comprador
 Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira - Hospital Regional do Oeste (02.122.913/0001-06)
 R FLORIAOPOLIS 1448 - CHAPECÓ, SC CEP: 89812-121

Relatório Geral do PDC
 Pedido de Cotação : 104354917
 EQUIP MEDICO HOSPITALAR ENTREGA IMED - ELETROCARDIOGRAFO 12 DERIVAÇÕES - PORTARIA 1393 /774 COVID 19

Tipo de Cotação: Cotação Emergencial

Contato:	Zéna
Inscrição da Cotação:	09/06/2020 14:45:44
Vencimento:	09/06/2020 10:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	ATENÇÃO Encaminhar a nota fiscal para o e-mail: nl@hro.org.br
Termos e Condições:	REGISTRO MINISTERIO SAUDE
Cotação:	Pública

Fornecedor:

Todos os Fornecedor

Status do Item:

Todos os Status

Buscar

	Fornecedor	Faturamento Mensal	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Comércio de Materiais Médicos Hosp. MacroSul Ltda CNPJ: 05.433.397/0001-11 CURTIUBA - PR Taluana Liberdade (41) 2102-8344 bionexo@macro.sul.com.br Mais informações	R\$ 1.500,0000	3 dias após confirmação	26/09/2020	Ac30 del	CIF	
2	Macro Life Importadora de Produtos Médicos - Eirel - EPP CNPJ: 05.022.486/0001-82 CURTIUBA - PR Roseli SILVA@mlife (41) 33679996	R\$ 8.000,0000	3 dias após confirmação	12/09/2020	28/35/4Z del	CIF	

Mais informações							
1	Medicalway Equipamentos Médicos Ltda CNPJ: 02.949.582/0001-02 CURITIBA - PR Angélys Freitas (41) 3313-1671 angelys@medicalway.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	12/06/2020	30 dia	FOB	
2	Rio GB Papéis Ltda CNPJ: 07.150.269/0001-01 RIO DE JANEIRO - RJ Lairo Mello (21) 2533-8606 vendas@clinto.com.br Mais informações	R\$ 0,0000	20 dias após confirmação	12/06/2020	30/60 dia	CFE	CLINTO - RENATO VENDASS@CLINTO.COM.BR 21 3983 3314

Produtos

Produto	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
APARELHO ELETROCARDIOGRAFICO 12 DERIVACOES Codigo: 390601	Comércio de Materiais Médicos Hosp. Macrosoft Ltda	R\$ 6.300,0000	R\$ 12.600,0000	1	Eletrocardígrafo Bionet 12 canais CardoCare 2000 - 104007, BIONET	caixa 3dicos		
Informações de Última Compra ZULIG2013	Rio GB Papéis Ltda	R\$ 6.790,0000	R\$ 13.580,0000	1	Eletrocardígrafo ECG 12 Canais - Bionet - CardoCare 2000, BIONET	1 3dicos		
PREÇO Fornecedor: INICIO PROJETO Marca: - Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0,0	Medicalway Equipamentos Médicos Ltda Macro Life Importadora de Produtos Médicos - EPP	R\$ 7.710,6500	R\$ 15.421,3000	1	ELETROCARDIOGRAFICO MINDRAY MODELO BENEHEART R3 COM 3 CANAIS - Mindray - Mindray	3dicos		
		R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	1	ELETROCARDIOGRAFICO 12 DERIVACOES - BIONET CARDIOCARE 2000 - BIONET	3dicos		

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000
 Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000
 Total de Itens da Catálogo: 1 Total de Itens Impressos: 1

Atentamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários de (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicando e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão dos produtos de preços através da Plataforma.

[Voltar](#)

*WTF Com. Sensor Hosp - 11.780,00
 (moree Nikon Rodden 2250)
 = imediato
 Qualy medic - 7.630,00*

*1ª ESCOLHA: R3
 2ª ESCOLHA: ECG 2250*



CNPJ 05.968.162/0001-31

Com. e Serv. Hospitalares

Para	Hospital Regional do Oeste
Att	Zilma
Data:	Palhoça, 05 de Junho de 2020.
Orçamento: DV 346.2020	

Segue proposta de venda abaixo discriminada:

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
01	01	ELETRCARDIÓGRAFO Modelo - ECG 2250 Marca: Nihon Kohden RMS: 80914690025	R\$ 11.780,00	R\$ 11.780,00

Características Gerais:

- Aparelho de eletrocardiografia, compacto e portátil, para utilização em consultórios médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e unidades de terapia intensiva.
- Peso: 2,3kg.
- Operação no modo manual e automático.
- Teclado alfanumérico para fácil e rápida introdução de informações e dados de pacientes.
- Software de interpretação ECAPS 12C, capaz de analisar simultaneamente 12 derivações de ECG com no mínimo 200 achados clínicos em 5 categorias de julgamentos. Incluso nessa análise a interpretação da Síndrome de Brugada.

Características Técnicas:**Display:**

1. Tela de cristal líquido colorida LCD com 7 polegadas;
2. Registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiógrafo;
3. Visualização em tela das informações do paciente, configurações de gravação, modo de operação, frequência cardíaca, marca de sincronização QRS, mensagem de erro, desconexão do eletrodo, ruídos;

ECG:

1. Resposta de frequência: 10Hz como referência, de 0,05 para 150Hz;
2. Impedância de entrada: $\geq 50 \text{ M}\Omega$ em 10 Hz;
3. Filtros de ruídos e tremores musculares;
4. Identificação automática de todas as derivações;
5. Proteção contra descarga do desfibrilador;
6. Aquisição digital e simultânea de até 12 derivações;
7. Sensibilidade padrão: 10 mm/mV $\pm 2\%$;
8. Canais de registro: 3 canais, 3 canais + derivação longa, 6 canais (12 derivações).

Impressão:

Rua Nascente do Sol, nº 500 – Ponte do Imarum – Palhoça – SC – CEP: 88.130-570
Fone: 3342-2024 – 3342-0383 – E-mail: setordequalidade@wzhospitalar.com



CNPJ 05.968.162/0001-31

Com. e Serv. Hospitalares

1. Impressora térmica;
2. Alimentação contínua em tempo real;
3. A impressão fornece os seguintes dados: curva do ECG, frequência cardíaca, nome da derivação, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, informações do paciente, informações mensuradas.
4. Alta resolução para traçados de qualidade;
5. Possibilita a realização de cópias de exames anteriores;
6. Impressão das 12 derivações;
7. Impressão em papel tamanho 110mm no próprio equipamento;
8. Correção automática de linha de base e de interferência;
9. Velocidade de impressão 5, 10, 12,5, 25 e 50 mm/s;
10. Sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV.

Bateria:

1. O equipamento possui bateria interna recarregável de Níquel-hidreto metálico, com capacidade de realização de mais de 30 minutos de monitorização sem necessidade de recarga.

Memória

1. Armazena na memória interna até 400 arquivos.
2. Há possibilidade de armazenar arquivos em cartão de memória SD e, com isso, expandir a capacidade de memorização para até 3000 arquivos.

Comunicação

1. USB, cartão SD e porta LAN.
2. Possibilidade com conexão com leitor de código de barras ou leitor de cartão magnético.

Alimentação:

1. O equipamento possui a seguinte linha de voltagem: 100 a 240V com 60Hz, automático;

Possui os seguintes certificados de conformidade:

1. IEC 60601-1 3ª edição;
2. IEC 60601-2-25;
3. IEC 60601-1-2 3ª edição.

Acessórios que acompanham o equipamento:

1. 01 Cabo de força;
2. 01 Cabo de paciente de 10 vias tipo garra;
3. 01 Papel para impressora
4. 01 Manual do operador.


Condições:

1. Pagamento: 28 dias
2. Entrega: Imediata
3. Validade da proposta: 15 dias
4. Frete: Incluso
5. Faturamento mínimo: R\$ 500,00

ATT.

Desereet Zahlouth R. Marques

Desereet Zahlouth Pedroso Marques

**Comércio e Assistência Técnica Ltda - EPP.**

Rua: Águas Mornas, 25 - Sobreloja - Bela Vista I - São José - SC - 88.110-520

E-mail: vendas@qualymedic.com.br

CNPJ: 19.763.524/0001-98 - I.E: 255.861.370

Fone: (48) 3246-6713 - Celular: (48) 9-9173-5203(zap)

Orçamento Nº 6619**Data: 09/06/2020****Informações do Cliente**

Cliente: HRO - Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira

Endereço: Rua: Florianópolis, 1448 - Caixa Postal 241

Bairro: Santa Maria

Responsável: Sr.^a Zilma Marcon - Compras

Cidade/Estado/Cep: Chapecó - SC - 89812-121

Email: comprasmed@hro.com.br

CNPJ/I.E. 02.122.913/0001-06 - Isento

Fone/Fax: (49) 3321 6507 - (49) 3321 6508

RG/CPF -

Condições do Fornecimento

Tipo de Transporte: Rodoviário

Prazo de entrega: A Verificar na Confirmação do Pedido

Transportadora: A PESQUISAR

Valor Frete: R\$ 0,00

Tipo de frete: FOB - por conta do CLIENTE

Prazo Pgto: À Vista ou a Combinar

Local de entrega: O Mesmo

Garantia: 12 Meses

Validade: 19/06/2020

Faturamento Mínimo: R\$ 150,00


Manutenção

Instalação: Não Inclusa

Assistência Técnica: Qualymedic

Observações

Observações:

**Comércio e Assistência Técnica Ltda - EPP.**

Rua: Águas Mornas, 25 - Sobreloja - Bela Vista I - São José - SC - 88.110-520


E-mail: vendas@qualy medic.com.br

CNPJ: 10.763.524/0001-98 - I.E: 255.861.370

Fone: (48) 3246-6713 - Celular: (48) 9-9173-5203 zap

Orçamento Nº 6619**Data: 09/06/2020****Descrição do Produto**


Item: 01
Modelo: CardioCare 2000 -
Marca: Bionet
Voltagem: 220 V
Registro MS.: 80070210004
Quantidade: 2
Unidade: PÇS



Eletrocardiógrafo 12 canais interpretativo. Aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. Equipamento compacto e de fácil manuseio, com peso de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN com possibilidade de registros de ECG via fax. Acompanha os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português. Imagem ilustrativa.

Valor Unitário: R\$ 7.630,00 (SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS)


Valor Total: R\$ 15.260,00 (QUINZE MIL DUZENTOS E SESENTA REAIS)

**Comércio e Assistência Técnica Ltda - EPP.**

Rua: Águas Mornas, 25 - Sobreloja - Bela Vista I - São José - SC - 88.110-520
E-mail: vendas@qualymedic.com.br
CNPJ: 10.763.524/0001-98 - I.E: 255.861.370
Fone: (48) 3246-6713 - Celular: (48) 9-9173-5203 zap

Orçamento Nº 6619**Data: 09/06/2020****Descrição do Produto**

Item: 02
Modelo: CardioTouch3000 -
Marca: Bionet
Voltagem: 220 V
Registro MS.: 80070210004
Quantidade: 2
Unidade: PÇS



Eletrocardiógrafo 12 Canais Interpretativo com tela LCD - CardioTouch3000. Eletrocardiógrafo com monitor, com aquisição simultânea de 12 derivações para pacientes adulto e pediátrico. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 110/220 automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia mínima para 100 exames. Equipamento compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 4,1kg com a bateria. Tela de LCD colorida de tamanho no mínimo de 4,3 com visualização em tempo real dos 12 canais de ECG. Teclas para um acesso rápido das funções. Memória interna para armazenar 120 pacientes. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto e de marca-passo. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e toda e qualquer medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 para comunicação com PC. Acompanha os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português. Imagem ilustrativa

Valor Unitário: R\$ 10.910,00 (DEZ MIL NOVECIENTOS E DEZ REAIS)

Valor Total: R\$ 21.820,00 (VINTE E UM MIL OTOCENTOS E VINTE REAIS)



Comércio e Assistência Técnica Ltda - EPP.

Rua: Águas Mornas, 25 - Sobrelôja - Bela Vista I - São José - SC - 88.110-520

E-mail: vendas@qualymedic.com.br

CNPJ: 10.763.524/0001-98 - I.E: 255.861.370

Fone: (48) 3246-6713 - Celular: (48) 9-9173-5203 zap

Orçamento Nº 6619

Data: 09/06/2020

Valor Total do Orçamento

R\$ 37.080,00

(TRINTA E SETE MIL OITENTA REAIS)

Qualymedic Ltda.

Adrésia Santos

Fone: (48) 3246-6713 - Celular: (48) 9-9173-5203

Para aprovação, favor enviar este orçamento via fax ou e-mail devidamente assinado e carimbado

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Proposta Nº 5959

Para


ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LEONIR VARGAS FERREIRA - CHAPECO
CNPJ: 02.122.913/0001-06, IE: ISENTO
Rua Florianópolis - E, 1448, Santa Maria
89812-121 - Chapecó, SC
Fone: 4933216500,

Número da Proposta	5959
Data	10/06/2020

Introdução:

Aos cuidados de: SETOR DE COMPRAS

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	IP1 %	Preço un.	Preço total
	104007 ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000 Impressora térmica integrada de alta resolução Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax Fácil operação utilizando apenas uma tecla Interpretação do ECG e medidas complexas Bateria recarregável de longa duração Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum Opcional de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte	QL 800.019	UN	2,00	0,00	7.865,0000000000	15.730,00

Nº de Itens	Soma das Qtds	Total outros Itens	Total dos Itens	Frete	Total da proposta
1,00	2	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00

Atenciosamente:

Luana Bieger Departamento de Vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta Nº: 5959 Valor Total: 15.730,00
-------------------------------------	--------------------------------	---

Assunto: PROPOSTA DE PREÇO QUALIMED - (55) 3314 1357 - nº 5959

De: PROPOSTA DE PREÇO QUALIMED - (55) 3314 1357 <do-not-reply@bling.com.br>

Data: 10/06/2020 09:54

Para: comprasmed@hro.org.br

Olá Prezado Cliente,

segue em anexo proposta de preço.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

FRETE: CIF - PARA COMPRAS MAIORES QUE R\$ 700,00 REAIS

ALTERAÇÃO DE TABELA DEVERÁ SER OBSERVADA EM CASO DE ULTRAPASSAR PRAZO DO ORÇAMENTO.

Caso tenha alguma dúvida ficamos a sua disposição.

Tenha um excelente dia.

Luana Bieger.

Gerente Comercial

(55) 3314 1357

(55) 9 96539468

(55) 3312 4629

<https://www.bling.com.br/doc.view.php?id=26044f468c157cb753e77ae21db188aa>

—Anexos:_____

orcamento_100620_095404.pdf

60,5KB

	NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA - NTE			Código: NTE-108
	Data Emissão: 08.06.2020	Data da Validade: 08.06.2021	Página: 1 de 1	
ÁREA EMITENTE: ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SARS-CoV-2				
CLIENTE FINAL: AHLVF / HRO - HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

Na qualidade de gestores de tecnologia em saúde no Hospital Regional do Oeste, por força de contrato havido entre as partes, tecemos nossos comentários técnicos abaixo, sobre os orçamentos para fornecimento de eletrocardiógrafo portátil de 12 canais para fazer frente à pandemia Covid-19:

1. As normas reguladoras adotadas pela Anvisa mais especificamente a RDC nº7/2010 preconizam o quantitativo de 01 aparelho de ECG para cada 10 leitos de UTI (art. 58, XXIV). Com o número de leito que abrimos para fazer frente à pandemia de SARS-CoV-2 necessitamos da cobertura de 03 (três) aparelhos;
2. A instituição já havia adquirido com recursos de doações da comunidade uma unidade de ECG de 12 canais em março próximo passado. Agora com o recrudescimento do número de casos e a abertura de novos leitos, necessário se faz a aquisição de mais 02 (dois) equipamentos. Devido a escassez de equipamentos médicos no mercado nacional, validamos a aquisição de apenas 01 (uma) unidade, pois a enfermagem covid-19 ficou desacoplada da UTI covid;
3. Dentre todas as cotações a nós apresentadas, descartamos para o HRO os aparelhos da marca Bionet, devido a sua fragilidade construtiva bem como a necessidade da instituição ter que manter mais um tipo de papel no seu estoque de insumos, já que não adota a marca como item padronizado;
4. Os dois equipamentos restantes e qualificados como aprovados para a instituição, atendem as exigências específicas e a complexidade imposta pela doença, já que necessário se faz o acompanhamento criterioso das consequências medicamentosas em relação ao comprometimento cardíaco do paciente;
5. Entre os modelos nossa escolha recai sobre o de menor preço ou seja, o equipamento da fabricante Mindray modelo R3, que já existem exemplares na instituição.

É o que podíamos posicionar até o momento, e ficamos a disposição ao que se mostrar necessário.

Chapecó, 06 de junho de 2020

**JOSE FERNANDO MEIRA
DA ROCHA:22852883015**

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO MEIRA DA ROCHA:22852883015
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil-REB, ou=XFB - CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=79921967000137, cn=JOSE FERNANDO MEIRA DA ROCHA:22852883015
Dados: 2020.06.15 08:10:24 -03'00'

Eng. Fernando Meira da Rocha
Serviço de Engenharia Clínica HRO
CREA: 054.300D-RS
Visto SC:0523

Curitiba, Sexta-Feira, 10 de Julho de 2020


ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA

A/C: Zilma Zilma


Email: compras@hro.com.br**8253 - ELETROCARDIOGRAFO MINDRAY
MODELO BENEHEART R12 COM 12 CANAIS E
TELA TOUCH SCREEN**

Eletrocardiógrafo de 12 canais, sofisticado e portátil, que permite a realização rápida e confiável de análises de ECG com base nos mais sofisticados métodos. Modos de operação - Automático, manual e ritmo. Display - monitor LCD a cores de 8 polegadas touch screen; Peso: 4,8kg (com bateria e fonte de alimentação); Impressora térmica acoplada (possibilidade de uso com impressora externa); Bivolt automático; Bateria - 3,5 horas de operação contínua sem gravação ou 400 ECGs; Tempo de carregamento da bateria - 7 horas com a máquina desligada; Armazenamento interno - 800 ECGs; Formato de armazenamento: Mindray e PDF; Possível transferência de dados através de USB para computador. Pedestal com rodízios opcional.

Quantidade: 2

**7805 - (040-001644-00) CABO INTEGRADO DE ECG 10
VIAS, TIPO BANANA, IEC PARA BENEHEART
R3/R12**

Quantidade: 2



7806 - (040-001585-00) CONJUNTO DE 6 UNIDADES DE ELETRODOS DE ECG (PERAS) PRECORDIAIS PARA BENEHEART R3/R12

Quantidade: 2



7807 - (040-001587-00) CONJUNTO 4 UNIDADES DE ELETRODOS DE ECG (CLIFE) P/ MEMBROS, IEC P/ BENEHEART R3/R12

Quantidade: 2

Condições gerais da proposta

Valor total da proposta: R\$ 39.500,02

Condição de pagamento: Avista

Prazo de entrega: 1 unidade em estoque (entrega 7 dias uteis apos confirmação do pagamento (Segunda unidade prazo de entrega estimado 90 dias)

Validade da proposta: 5 dias úteis

Garantia: 1 ano para equipamentos e 3 meses para acessórios (Somente para problemas de fabricação)

Assistencia técnica: Permanente pela Medicalway

Frete: CIF

Observações

Em caso de aprovação deste orçamento, favor enviar o mesmo por email, preenchido e assinado.

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Aprovado por:

Data:

Assinatura:

"A parte compradora/receptora da proposta está ciente de que os preços dos produtos e os prazos de entrega destes poderão ser alterados em decorrência de motivos e força maior, o que será comunicado imediatamente ao comprador/interessado para tratativa de renegociação."

Atenciosamente.

Assunto: Proposta Eletrocardiografo R12
De: Richard Jorge Nasilowski Junior <richard@medicalway.com.br>
Data: 10/07/2020 11:59
Para: Compras - HRO <comprasmed@hro.org.br>

Bom dia Zilma

Conforme falamos, segue em anexo a proposta, sendo uma unidade em estoque.

Duvidas a total disposição.

Atenciosamente.



Richard Nasilowski Júnior
Medicalway Equip.
Médicos | Representante Comercial
p: (41) 3253 0500
m: (49) 99805 1991
e: richard@medicalway.com.br


Follow us:



Comunicado - Horário de Atendimento

Faremos trabalho em novo local, provisoriamente, a partir do dia 1 de Junho de 2020.



Segunda e Santo-Foru, evento feriado.
Das 08:30 às 12h - Das 13h às 17h.



—Anexos:

orcamento - 2020-07-10T115625.427.pdf

93,3KB

	NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA - NTE			Código: NTE-108
	Data Emissão: 08.06.2020	Data da Validade: 08.06.2021	Página: 1 de 1	
ÁREA EMITENTE: ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SARS-CoV-2				
CLIENTE FINAL: AHLVF / HRO - HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

Na qualidade de gestores de tecnologia em saúde no Hospital Regional do Oeste, por força de contrato havido entre as partes, tecemos nossos comentários técnicos abaixo, sobre os orçamentos para fornecimento de eletrocardiógrafo portátil de 12 canais para fazer frente à pandemia Covid-19:

1. As normas reguladoras adotadas pela Anvisa mais especificamente a RDC nº7/2010 preconizam o quantitativo de 01 aparelho de ECG para cada 10 leitos de UTI (art. 58, XXIV). Com o número de leito que abrimos para fazer frente à pandemia de SARS-CoV-2 necessitamos da cobertura de 03 (três) aparelhos;
2. A instituição já havia adquirido com recursos de doações da comunidade uma unidade de ECG de 12 canais em março próximo passado. Agora com o recrudescimento do número de casos e a abertura de novos leitos, necessário se faz a aquisição de mais 02 (dois) equipamentos. Devido a escassez de equipamentos médicos no mercado nacional, validamos a aquisição de apenas 01 (uma) unidade, pois a enfermaria covid-19 ficou desacoplada da UTI covid;
3. Dentre todas as cotações a nós apresentadas, descartamos para o HRO os aparelhos da marca Bionet, devido a sua fragilidade construtiva bem como a necessidade da instituição ter que manter mais um tipo de papel no seu estoque de insumos, já que não adota a marca como item padronizado;
4. Os dois equipamentos restantes e qualificados como aprovados para a instituição, atendem as exigências específicas e a complexidade imposta pela doença, já que necessário se faz o acompanhamento criterioso das consequências medicamentosas em relação ao comprometimento cardíaco do paciente;
5. Entre os modelos nossa escolha recai sobre o de menor preço ou seja, o equipamento da fabricante Mindray modelo R3, que já existem exemplares na instituição.

É o que podíamos posicionar até o momento, e ficamos a disposição ao que se mostrar necessário.

Chapecó, 06 de junho de 2020

**JOSE FERNANDO MEIRA
DA ROCHA:22852883015**

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO MEIRA DA
ROCHA:22852883015
DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil,
ou=RS, ou=RS e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=7092198700137,
c=BR, o=BR, ou=JOSE FERNANDO MEIRA DA ROCHA:22852883015
Data: 2020.06.15 08:10:24 -03'00'

Eng. Fernando Meira da Rocha
Serviço de Engenharia Clínica HRO
CREA: 054.300D-RS
Visto SC:0523