

Cidade para recebimento:

CHAPECO

ID:

120322129

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Válidade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete
Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - Me Rua Bairi, 217 - Alto da Lapa, SÃO PAULO - SP Henrique Mayer - (11) 3647-9575	R\$ 500,00	6 dias após confirmação	23/10/2020	30 ddl	CIF

OBSERVAÇÕES:

HOSPITAL DA CRIANÇA COVID 19

Portaria 1393 HC

U

Descrição do Produto	Código	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Preço Unitário do Item - R\$	Valor Total do Item - R\$	Excluir
<p>CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR- CARDIOVERSOR DE ONDA BIFÁSICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM FORMA DE ONDA BIFÁSICA, COM ALÇA DE TRANSPORTE INCORPORADA. COM PÁS PEDIÁTRICAS SOB AS PÁS PARA ADULTOS (INTERCAMBIÁVEIS); FUNÇÃO SELECIONAR CARGA COM AUMENTO E DIMINUIÇÃO, CARREGAR E DESCARREGAR, E IMPRESSÃO, EXECUTADOS ATRAVÉS DE BOTÕES DEDICADOS E EXCLUSIVOS PARA CADA FUNÇÃO (MODO 1-2-3) NO PAINEL DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ SER COMPOSTO POR DESFIBRILADOR MANUAL, DEA MONITOR E MARCAPASSO NO MESMO EQUIPAMENTO, SENDO A SUA SELEÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE BOTÕES INDEPENDENTES. DEVERÁ CONTER O PARÂMETRO DE OXIMETRIA (SPO2). DEVERÁ POSSUIR TELA TOUCH COM MONITOR DE CORPO ÚNICO (NÃO DESTACÁVEL) MAIOR OU IGUAL A 8,0 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO MAIOR OU IGUAL A 800 X 600 PIXELS. DEVERÁ REALIZAR CARGA DE 1J A, NO MÍNIMO, 200 J EM MENOS DE 6 SEGUNDOS EM OPERAÇÃO AC E DC. DEVERÁ TER SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO, SEM VENTILAÇÃO FOCONFORME DESCRICAO DETALHADO</p>	409601	CARDIOVERSOR CARDIO LIFE - COMO DEA, MARCAPASSO E IMPRESSORA - (NIHON KOHDEN) - BIO- 1813 - NIHON KOHDEN		1	R\$ 24.930,0000	R\$ 24.930,0000	<input type="checkbox"/>

Total

R\$ 24.930,0000

[Handwritten signature]


Impressão em 22/10/2020 10:05:10


Total Geral: R\$

R\$
24.930,0000




OSPAR/10


22/10/20



Zilma F. R. Mareon
Coord. Compras
Hospital Regional do Oeste


OSMAR ARONNO DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
HOSPITAL REGIONAL DO OESTE

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 21/10/2020 09:36

Comprador
Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira - Hospital Da Crianca Augusta Muller Bohner (02.122.913/0003-78)
Rua Uruguai, 154 - Jardim Italia - CHAPECÓ, SC CEP: 89802-500

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 120322129
[Lei 13995/20] EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR ENTREGA IMEDIATA

Tipo de Cotação: Cotação Emergencial

Contato:	Zilma Marcon Marcon
Inserção da Cotação:	19/10/2020 17:02:48
Vencimento:	20/10/2020 16:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	
Termos e Condições:	
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores
Status do Item: Todos os Status

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - Me CNPJ: 23.586.413/0001-03 SÃO PAULO - SP Henrique Mayer henrique@bioinfinity.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	6 dias após confirmação	23/10/2020	30 ddi	CIF	ELEGÍVEL
2 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.311.246/0001-70 BELO HORIZONTE - MG DANIEL PHILLIP 31.35687832 vendas01@monialsolucoes.med.br Mais informações	R\$ 1.000,0000	15 dias após confirmação	23/10/2020	30 ddi	CIF	
3 Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda CNPJ: 90.909.631/0001-10 PORTO ALEGRE - RS	R\$ 1.000,0000	50 dias após confirmação	23/10/2020	28ddi - Carteira	CIF	

PARER SEC:

POR SER O MELHOR PREÇO
E PORQUE JÁ TEMOS ESTES
MODELOS NA INSTALAÇÃO,
ELIMINAMOS O ACESSÓRIO
OXIMETRIA E VALIDAMOS
O CARDIOVERSOR NICHOL KOHLEN
TEC 56341 MARCELIANO

Renata Meira da Rocha
Senho de Engenharia Clínica,
CREA-RS nº. 54.300-D

	Leandro Marchioli (51) 3073-8228 leandro@instramed.com.br Mais Informações							
4	Medicalway Equipamentos Médicos Ltda CNPJ: 02.949.582/0001-82 CURITIBA - PR Angelys Freitas (41) 3313-1671 angelys@medicalway.com.br Mais Informações	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	23/10/2020	30 ddi	CIF		
5	Rio GB Papéis Ltda CNPJ: 07.150.269/0001-01 RIO DE JANEIRO - RJ Lauro Mello (21) 2533-8606 vendas@peclino.com.br Mais Informações	R\$ 0,0000	45 dias após confirmação	23/10/2020	30/60/90 ddi	CIF	CLINRIO - RENATO VENDASS@CLINRIO.COM.BR 21 3983 3314	
6	W & Z Comércio e Serviços Hospitalares Ltda - Epp CNPJ: 05.968.162/0001-31 PALHOÇA - SC Karine Rocha (48) 3342-2024 licitacao@wzhospitalar.com Mais Informações	R\$ 1.000,0000	1 dia após confirmação	23/10/2020	28 dia mês subsequente	CIF	(48) 38404/0903	

Produto

Respostas

Embalagem Comentário Situação

Quantidade	Forneccedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação		
1	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR DE ONDA BIFÁSICA COM NO MÍNIMO AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS: CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM FORMA DE ONDA BIFÁSICA, COM ALÇA DE TRANSPORTE INCORPORADA, COM PAS PEDIÁTRICAS SOB AS PAS PARA ADULTOS (INTERCAMBIÁVEIS); FUNÇÃO SELECIONAR CARGA COM AUMENTO E DIMINUIÇÃO, CARRREGAR E DESCARRREGAR, E IMPRESSÃO, EXECUTADOS ATRAVÉS DE BOTÕES DEDICADOS E EXCLUSIVOS PARA CADA FUNÇÃO (MODO 1-2-3) NO PAINEL DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ SER COMPOSTO POR DESFIBRILADOR MANUAL, DEA MONITOR E MARCAPASSO NO MESMO EQUIPAMENTO, SENDO A SUA SELEÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE BOTÕES INDEPENDENTES, DEVERÁ CONTER O PARÂMETRO DE OXIMETRIA (SPO2). DEVERÁ POSSUIR TELA TOUCH COM MONITOR DE CORPO ÚNICO (NÃO DESTACÁVEL) MAIOR OU IGUAL A 8,0 POLGADAS COM RESOLUÇÃO MAIOR OU IGUAL A 800 X 600 PIXELS. DEVERÁ REALIZAR CARGA DE 11 A, NO MÍNIMO, 200 J EM MENOS DE 6 SEGUNDOS EM OPERAÇÃO AC E DC, DEVERÁ TER SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO, SEM VENTILAÇÃO FOCONFORME DESCRICAO DETALHADO Código: 409601			1	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eitel - Me	1	CARDIOVERSOR CARDIO LIFE - COMO DEA, MARCAPASSO E IMPRESSORA - (NIHON KOHDEN) - BIC-1813 - NIHON KOHDEN DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, LINHA CARDIO LIFE Modelo TEC 5631 Marca: Nihon Kohden RMS: 80914690011 Procedencia: Japao - Nihon Kohden - Nihon Kohden CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR CARDIOMAX C/ IMPRESSORA ECG + DESE. + RESPIRACAO + MARCAPASSO + DEAPMS + IMPRESSORA - INSTRAMED - INSTRAMED	caixa	a) RELEGAR T BEM AO TEM SPO2. b) RELEGAR T BEM AO TEM SPO2.
1	Rio GB Papéis Ltda	R\$ 28.900,0000	R\$ 28.900,0000	1		1	(D3) MONITOR CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR MINDRAY MODELO BENEHEART D3 COM MP - MINDRAY - MINDRAY Cardioversor DualMax - Instramed - Instramed	Caixa	
1	Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	R\$ 29.750,0000	R\$ 29.750,0000	1		1			
1	Instramed Indústria Médica Hospitalar Ltda	R\$ 32.647,0000	R\$ 32.647,0000	1		1			

DualMax Básico (ECG, Resp, Desf, ASC, DEAP/MS, Li-Ion) + MP + Impressora + SPO2 + 4 rolos de papel (extra) + 1 tubo de

Informações de Última Compra

09/10/2020

Fornecedor: W & Z Comércio e Serviços Hospitalares Ltda - Epp

Marca: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, LINHA CARDIOLIFE Modelo TEC 5631 Marca: Nihon Kohden RMS: 8091469001.1 Procedencia: Japao - Nihon Kohden - Nihon Kohden

Preço Unitário: 27.500,0000

Quantidade: 1.0

gel (extra) + 2 pás adesivas adulto descartaveis (extra)

HIPROMED-MORLAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

R\$ 39.600,0000 R\$ 39.600,0000

1 CARDIOMAX 8 SERIES - INSTRAMED

CX

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000


Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

Imprimir


Voltar

	DESCRIPTIVO PARA TERMO DE REFERÊNCIA		
	Data Emissão: 16.10.2020	Data da Validade: 16.10.2021	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE:	GESTÃO DE DOCUMENTOS DA REDE		
ASSUNTO:	DESCRIPTIVO PARA COTAÇÃO ELETRÔNICA		
CLIENTE FINAL:	HCAMB - HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER		

Cód. base SIGEM: 00936

CARDIOVERSOR DE ONDA BIFÁSICA com no mínimo as seguintes características:

Cardioversor/desfibrilador com forma de onda bifásica, com alça de transporte incorporada. Com pás pediátricas sob as pás para adultos (intercambiáveis); Função selecionar carga com aumento e diminuição, carregar e descarregar, e impressão, executados através de botões dedicados e exclusivos para cada função (modo 1-2-3) no painel do equipamento. Deverá ser composto por desfibrilador manual, DEA monitor e marcapasso no mesmo equipamento, sendo a sua seleção realizada através de botões independentes. Deverá conter o parâmetro de oximetria (SPO2). Deverá possuir tela touch com monitor de corpo único (não destacável) maior ou igual a 8,0 polegadas com resolução maior ou igual a 800 X 600 pixels. Deverá realizar carga de 1J a, no mínimo, 200 J em menos de 6 segundos em operação AC e DC. Deverá ter sistema de ventilação natural por convecção, sem ventilação forçada. Alimentação 100 até 240 VCA com seleção automática, com bateria incorporada recarregável, com tempo de recarga total da bateria de no máximo 200 minutos. Deverá ter função autoteste do equipamento. Opção para cardioversão sincronizada por botão específico. Possibilidade de armazenamento de eventos e forma de onda de ECG em dispositivo removível com o mínimo de 8 MB de memória para posterior avaliação. Botão para silenciamento de alarme destinado única e exclusivamente para tal função; Seleção de Energia de no mínimo 1J a 200 J; Com limitação de energia para pás internas em 50J; Função anula carga. Mínimo de 5 derivações de ECG; Tecla de função direta para seleção de derivação de ECG. Leitura digital para frequência cardíaca de no mínimo 15 a 300 bpm com alarmes de frequência cardíaca alta e baixa. O equipamento deverá conter registrador térmico com modo de operação manual e automático, para impressão de curvas e dados. Bateria Interna com capacidade de no mínimo 100 min de monitorização contínua e de no mínimo 50 descargas de 200 J. Indicação de nível de carga de bateria. Deverá possuir peso máximo de 8 Kg incluindo as pás externas. Deverá estar de acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água IPX2 ou maior; Acessórios que deverão acompanhar no mínimo o equipamento: Manual de operação, 01 Cabo de ECG de 5 vias, 01 cj pás pediátricas e 01 cj adulto intercambiáveis, 05 Rolos Papel para registro ECG, 01 tubo Gel, 01 cabo para marcapasso, 03 Eletrodos para Marcapasso e DEA. Critérios gerais: O fornecimento deve incluir obrigatoriamente os Manuais de Usuário em português e Manuais de Serviço em qualquer língua e mídia eletrônica; Laudo de calibração inicial e segurança elétrica válido para no mínimo um ano. Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação; A critério da Comissão de Licitações poderá ser realizada diligência junto ao site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para comprovação das veracidades das informações. Havendo discordância entre os documentos, prevalecerá a informação obtida através do documento registrado e disponibilizado no site da ANVISA; A critério da Comissão de Licitações poderá ser solicitada também a apresentação dos equipamentos para comprovação do atendimento às especificações técnicas mínimas; Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou reconicionados; Licitante deverá apresentar declaração de que a assistência técnica será prestada diretamente pelo fabricante, sua filial, seu representante ou empresa por ele autorizada, na área da região metropolitana da instituição; Do Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e

	DESCRITIVO PARA TERMO DE REFERÊNCIA		
	Data Emissão: 16.10.2020	Data da Validade: 16.10.2021	Página: 2 de 2
ÁREA EMITENTE:	GESTÃO DE DOCUMENTOS DA REDE		
ASSUNTO:	DESCRITIVO PARA COTAÇÃO ELETRÔNICA		
CLIENTE FINAL:	HCAMB - HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER		



treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória; Será à partir da data deste Aceite que passarão a valer os prazos de garantia.

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$30.000,00

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA
HOSPITAL AUGUSTA MÜLLER BOHNER
CNPJ 02.122.913/0003-78**

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS: N° ___/2020

Data: 20/10/2020

Código	Descrição	Apresentação	Qtde
4096-01	<p>CARDIOVERSOR DE ONDA BIFÁSICA com no mínimo as seguintes características: Cardioversor/desfibrilador com forma de onda bifásica, com alça de transporte incorporada. Com pás pediátricas sob as pás para adultos (intercambiáveis); Função selecionar carga com aumento e diminuição, carregar e descarregar, e impressão, executados através de botões dedicados e exclusivos para cada função (modo 1-2-3) no painel do equipamento. Deverá ser composto por desfibrilador manual, DEA monitor e marcapasso no mesmo equipamento, sendo a sua seleção realizada através de botões independentes. Deverá conter o parâmetro de oximetria (SPO2). Deverá possuir tela touch com monitor de corpo único (não destacável) maior ou igual a 8,0 polegadas com resolução maior ou igual a 800 X 600 pixels. Deverá realizar carga de 1J a, no mínimo, 200 J em menos de 6 segundos em operação AC e DC. Deverá ter sistema de ventilação natural por convecção, sem ventilação forçada. Alimentação 100 até 240 VCA com seleção automática, com bateria incorporada recarregável, com tempo de recarga total da bateria de no máximo 200 minutos. Deverá ter função autoteste do equipamento. Opção para cardioversão sincronizada por botão específico. Possibilidade de armazenamento de eventos e forma de onda de ECG em dispositivo removível com o mínimo de 8 MB de memória para posterior avaliação. Botão para silenciamento de alarme destinado única e exclusivamente para tal função; Seleção de Energia de no mínimo 1J a 200 J; Com limitação de energia para pás internas em 50J; Função anula carga. Mínimo de 5 derivações de ECG; Tecla de função direta para seleção de derivação de ECG. Leitura digital para frequência cardíaca de no mínimo 15 a 300 bpm com alarmes de frequência cardíaca alta e baixa. O</p>	Unid	01



equipamento deverá conter registrador térmico com modo de operação manual e automático, para impressão de curvas e dados. Bateria Interna com capacidade de no mínimo 100 min de monitorização contínua e de no mínimo 50 descargas de 200 J. Indicação de nível de carga de bateria. Deverá possuir peso máximo de 8 Kg incluindo as pás externas. Deverá estar de acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água IPX2 ou maior; Acessórios que deverão acompanhar no mínimo o equipamento: Manual de operação, 01 Cabo de ECG de 5 vias, 01 cj pás pediátricas e 01 cj adulto intercambiáveis, 05 Rolos Papel para registro ECG, 01 tubo Gel, 01 cabo para marcapasso, 03 Eletrodos para Marcapasso e DEA. Critérios gerais: O fornecimento deve incluir obrigatoriamente os Manuais de Usuário em português e Manuais de Serviço em qualquer língua e mídia eletrônica; Laudo de calibração inicial e segurança elétrica válido para no mínimo um ano. Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação; A critério da Comissão de Licitações poderá ser realizada diligência junto ao site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para comprovação das veracidades das informações. Havendo discordância entre os documentos, prevalecerá a informação obtida através do documento registrado e disponibilizado no site da ANVISA; A critério da Comissão de Licitações poderá ser solicitada também a apresentação dos equipamentos para comprovação do atendimento às especificações técnicas mínimas; Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou reconicionados; Licitante deverá apresentar declaração de que a assistência técnica será prestada diretamente pelo fabricante, sua filial, seu representante ou empresa por ele autorizada, na área da região metropolitana da instituição; Do Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória; Será à partir da data deste Aceite que passarão a valer os prazos de garantia.

--	--	--	--


Justificativa: Equipamento necessário para equipar a unidade de assistência a suspeitos e confirmados de Covid 19.

ORIGEM DO RECURSO: Portaria 1.393/2020.

Responsável do Setor	Administração HC	Responsável Compras	Direção
Data: 20/10/2020	Data: 20/10/20	Data: 20/10/20	Data: 17/11
Assinatura: Francieli Cecconello COREN-SC 106.318/ENE	Assinatura: MARCOS ANTONIO NERES Gerente Administrativo HRO Hospital da Criança	Assinatura: Zilma Coord. Compras Hospital Regional do Oeste	Assinatura: EDINEI F. DE OLIVEIRA DIRETOR GERAL HOSPITAL REGIONAL DO OESTE

Edinei F. Barros
Supervisor
CPF: 077.080.109-93



Parecer Direção:

	DESCRIPTIVO PARA TERMO DE REFERÊNCIA			Cód.: DTR-238
	Data Emissão: 16.10.2020	Data da Validade: 16.10.2021	Página: 1 de 2	
ÁREA EMITENTE:	GESTÃO DE DOCUMENTOS DA REDE			
ASSUNTO:	DESCRIPTIVO PARA COTAÇÃO ELETRÔNICA			
CLIENTE FINAL:	HCAMB - HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER			

Cód. base SIGEM: 00936

CARDIOVERSOR DE ONDA BIFÁSICA com no mínimo as seguintes características:

Cardioversor/desfibrilador com forma de onda bifásica, com alça de transporte incorporada. Com pás pediátricas sob as pás para adultos (intercambiáveis); Função selecionar carga com aumento e diminuição, carregar e descarregar, e impressão, executados através de botões dedicados e exclusivos para cada função (modo 1-2-3) no painel do equipamento. Deverá ser composto por desfibrilador manual, DEA monitor e marcapasso no mesmo equipamento, sendo a sua seleção realizada através de botões independentes. Deverá conter o parâmetro de oximetria (SPO2). Deverá possuir tela touch com monitor de corpo único (não destacável) maior ou igual a 8,0 polegadas com resolução maior ou igual a 800 X 600 pixels. Deverá realizar carga de 1J a, no mínimo, 200 J em menos de 6 segundos em operação AC e DC. Deverá ter sistema de ventilação natural por convecção, sem ventilação forçada. Alimentação 100 até 240 VCA com seleção automática, com bateria incorporada recarregável, com tempo de recarga total da bateria de no máximo 200 minutos. Deverá ter função autoteste do equipamento. Opção para cardioversão sincronizada por botão específico. Possibilidade de armazenamento de eventos e forma de onda de ECG em dispositivo removível com o mínimo de 8 MB de memória para posterior avaliação. Botão para silenciamento de alarme destinado única e exclusivamente para tal função; Seleção de Energia de no mínimo 1J a 200 J; Com limitação de energia para pás internas em 50J; Função anula carga. Mínimo de 5 derivações de ECG; Tecla de função direta para seleção de derivação de ECG. Leitura digital para frequência cardíaca de no mínimo 15 a 300 bpm com alarmes de frequência cardíaca alta e baixa. O equipamento deverá conter registrador térmico com modo de operação manual e automático, para impressão de curvas e dados. Bateria Interna com capacidade de no mínimo 100 min de monitorização contínua e de no mínimo 50 descargas de 200 J. Indicação de nível de carga de bateria. Deverá possuir peso máximo de 8 Kg incluindo as pás externas. Deverá estar de acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água IPX2 ou maior; Acessórios que deverão acompanhar no mínimo o equipamento: Manual de operação, 01 Cabo de ECG de 5 vias, 01 cj pás pediátricas e 01 cj adulto intercambiáveis, 05 Rolos Papel para registro ECG, 01 tubo Gel, 01 cabo para marcapasso, 03 Eletrodos para Marcapasso e DEA. Critérios gerais: O fornecimento deve incluir obrigatoriamente os Manuais de Usuário em português e Manuais de Serviço em qualquer língua e mídia eletrônica; Laudo de calibração inicial e segurança elétrica válido para no mínimo um ano. Garantia mínima de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação; A critério da Comissão de Licitações poderá ser realizada diligência junto ao site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para comprovação das veracidades das informações. Havendo discordância entre os documentos, prevalecerá a informação obtida através do documento registrado e disponibilizado no site da ANVISA; A critério da Comissão de Licitações poderá ser solicitada também a apresentação dos equipamentos para comprovação do atendimento às especificações técnicas mínimas; Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou reconicionados; Licitante deverá apresentar declaração de que a assistência técnica será prestada diretamente pelo fabricante, sua filial, seu representante ou empresa por ele autorizada, na área da região metropolitana da instituição; Do Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e

	DESCRIPTIVO PARA TERMO DE REFERÊNCIA			Cód.: DTR-238 
	Data Emissão: 16.10.2020	Data da Validade: 16.10.2021	Página: 2 de 2	
ÁREA EMITENTE:	GESTÃO DE DOCUMENTOS DA REDE			
ASSUNTO:	DESCRIPTIVO PARA COTAÇÃO ELETRÔNICA			
CLIENTE FINAL:	HCAMB - HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER			

treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória; Será à partir da data deste Aceite que passarão a valer os prazos de garantia.

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$30.000,00